ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июля 2024 года № РЗН 2024/23117

На медицинское изделие
Катетер внутривенный безопасный одноразовый стерильный MagiCath II с механизмом защиты от укола иглы

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"By Янг Медикал Ко., Лтд.", Корея,
Woo Young Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

Производитель
"By Янг Медикал Ко., Лтд.", Корея,
Woo Young Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

Место производства медицинского изделия
Woo Young Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

Номер регистрационного досье **№ РД-62396/110397 от 18.04.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 июля 2024 года № 4018
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Д.В. Пархоменко**

0076246

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июля 2024 года **№ РЗН 2024/23117**

На медицинское изделие
Катетер внутривенный безопасный одноразовый стерильный MagiCath II с механизмом защиты от укола иглы, в варианты исполнения:
1. Катетер внутривенный безопасный одноразовый стерильный MagiCath II с механизмом защиты от укола иглы модель 2P24A; диаметр катетера 24G (0,44 мм): длина катетера 19,05 мм, скорость потока 19 мл/мин - 50 шт.,
инструкция по применению - 1 шт.
2. Катетер внутривенный безопасный одноразовый стерильный MagiCath II с механизмом защиты от укола иглы модель 2P22B: диаметр катетера 22G (0,54 мм): длина катетера 25,40 мм, скорость потока 31 мл/мин - 50 шт.,
инструкция по применению - 1 шт.
3. Катетер внутривенный безопасный одноразовый стерильный MagiCath II с механизмом защиты от укола иглы модель 2P20C: диаметр катетера 20G (0,70 мм): длина катетера 29,46 мм, скорость потока 56 мл/мин - 50 шт.,
инструкция по применению - 1 шт.
4. Катетер внутривенный безопасный одноразовый стерильный MagiCath II с механизмом защиты от укола иглы модель 2P18C: диаметр катетера I8G (0,88 мм): длина катетера 29,46 мм, скорость потока 93 мл/мин - 50 шт.,
инструкция по применению - 1 шт

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.В. Пархоменко**

0143408

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru